

商城县中医院采购飞利浦64排CT球管项目

拟采用单一来源采购论证会议记录

商城县大别山招标代理有限公司受商城县中医院的委托，就商城县中医院采购飞利浦64排CT球管项目拟采用单一来源采购进行论证会议。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：商城县中医院采购飞利浦64排CT球管项目
- 2、采购人：商城县中医院
- 3、采购内容：飞利浦64排CT球管一套

二、拟采用的采购方式：单一来源

三、拟采用单一来源采购的原因及相关说明：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定，采用单一来源方式采购，须符合下列情形之一：

- (1) 只能从唯一供应商处采购的。

CT球管是CT机的核心组件，球管与整机的匹配性，严重影响整机的质量与寿命，以及运行安全和图像质量，甚至影响临床诊断的准确性和客观性。根据《医疗器械监督管理条例》的规定，CT球管在整机注册时已包含不可随意更换。为确保与原设备性能的一致性和匹配性，需配套原设备注册时的配套球管。如使用非原注册的配套球管，则严重影响整机的软件升级和秘钥服务，导致设备使用的稳定性和维保服务成本大幅提高。上海营幔医疗科技有限公司是飞利浦医疗在信阳地区的原厂指定售后服务提供商，具有唯一性。

周 磊 林

由此，本项目只能从唯一供应商处采购的。采用单一来源采购形式，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的规定。

四、专家论证意见：

详见附件：专家论证意见表

五、论证专家名单：

姓 名	工作单位	技术职称	电 话
周 铁	信阳市中医院	技师	13700769158
魏 亮	信阳市第三人民医院	主治医师	13903763437
刘 亮	信阳市妇幼保健院	主治医师	13503760609

六、设备技术参数

1	球管型号	MRC880
2	最大电压	140KV
3	阳极转速	6300RPM
4	焦点大小	0.5 mm x 1.0mm, 1.0 mm x 1.0mm
5	阳极 容量	8MHU
6	阳极靶盘尺寸	200mm
7	阳极靶盘角度	7.0°

周 魏 亮

七、专家论证结论:

为确保CT球管与原设备性能的一致性和匹配性,建议采用单一来源采购。

周飞 李纪光 孙峰

2024年8月2日

商城县中医院采购飞利浦64排CT球管项目单一来源采购

论证会议专家签到表

序号	姓名	工作单位	职务或职称	电话	备注
1	周 强	信阳市中医院	技师	13700768158	
2	魏红亮	信阳市第三人民医院	主治医师	13903763437	
3	杜中磊	信阳市妇幼保健院	主治医师	13503760609	
4					
5					

2024年8月2日

单一来源采购专家论证意见表	
时间：2024年8月2日	
采购单位	商城县中医院
项目名称	商城县中医院采购飞利浦64排CT球管项目
拟采购供应商名称	上海营熋医疗科技有限公司
项目金额	1400000元
专家论证意见	CT球管是CT机的重要组成部分.球管与CT机的匹配必须一致.不能随意更换其它品牌已损坏CT机的正常使用.采用飞利浦品牌的球管能确保与原装设备匹配的一致性和图像清晰.建议单一采购CT球管.
专家签字	李正光
日期	2024.8.2

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年8月2日

采购单位	商城县中医院
项目名称	商城县中医院采购飞利浦64排CT球管项目
拟采购供应商名称	上海营熋医疗科技有限公司
项目金额	1400000元
专家论证意见	原厂CT扫描机以原厂配件CT球管，球管与CT整机匹配一致，不可随意更换其它型号球管，其它型号球管与原厂机具有不兼容性，影响到设备的运行和图像质量，为了保证匹配性，建议采用第一事项进行采购原件。
专家签字	周 强
日期	2024年8月2日

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年8月2日

采购单位	商城县中医院
项目名称	商城县中医院采购飞利浦64排CT球管项目
拟采购供应商名称	上海营熳医疗科技有限公司
项目金额	1400000元
专家论证意见	CT球管是CT扫描设备的核心部件，球管与整机的匹配必须一致，不可随意更换，为确保CT设备的运行安全和图像质量、确保与原设备性能的一致性和匹配性，建议单一来源采购配件。
专家签字	叶中
日期	2024.8.2