

泌阳县政府采购货物项目 竞争性谈判采购文件

项目编号：泌财竞谈采购-2024-156

项目名称：2023 年省级高水平专业化产教融合
实训基地建设项目

采购人：泌阳县中等职业技术学校

采购代理机构：泌阳县公共资源交易中心

二〇二四年十二月

目 录

第一章	竞争性谈判公告
第二章	采购需求
第三章	供应商须知
	供应商须知前附表
	一. 说明
	二. 采购文件
	三. 响应文件的编制
	四. 响应文件的上传、提交
	五. 响应文件的开启
	六. 谈判
	七. 确定成交供应商
	八. 合同授予
第四章	政府采购合同主要条款
第五章	响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

2023 年省级高水平专业化产教融合实训基地建设项目的潜在供应商应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台获取采购文件，并于 2024 年 12 月 30 日上午 9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：泌财竞谈采购-2024-156 号
2. 项目名称：2023 年省级高水平专业化产教融合实训基地建设项目
3. 采购方式：☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价
4. 采购预算、最高限价：

本次采购预算为：132.84 万元；最高限价为：132.84 万元。

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	泌财竞谈采购-2024-156A	2023 年省级高水平专业化产教融合实训基地建设项目 A 包	1328400	1328400

5. 采购需求：具体要求详见竞争性谈判文件。

6. 合同履行期限：60 日历天。

7. 本项目是否接受联合体：（否）

8. 本项目是否接受进口产品：（否）

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；

3. 本项目的特定资格要求：

- 3.1 供应商须具有独立法人资格，并具备有效的营业执照；

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、

政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

三、获取采购文件

时间：2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 27 日，每天上午 8：00 至 12：00，下午 2：30 至 5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

方式：网上下载。

售价：0 元。

四、响应文件提交

截止时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00（北京时间）。

地点：泌阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开启大厅一室。

五、响应文件开启

时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00（北京时间）。

地点：泌阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开启大厅一室。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。

公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件（.zmdtf 格式）在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。

2. 供应商注册：

供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息 and 上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，到泌阳县政务服务中心三楼 D03 窗口（联系人：王女士，电话：13525335559）

或驻马店市公共资源交易中心一楼大厅 CA 窗口（联系人：张先生，电话：17838648654）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 采购文件下载：

凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其响应将被拒绝。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：泌阳县中等职业技术学校

地 址：泌阳县学苑路

联 系 人：刘先生

联系方式：0396-3791767

2. 采购代理机构信息

名 称：泌阳县公共资源交易中心

地 址：泌阳县商务中心区政务服务中心 4 楼

联系人：关演义

联系方式：0396-7916526

3. 项目联系方式

项目联系人：张玉春

联系方式：0396-7916526

第二章 采购需求

2023 年省级高水平专业化产教融合实训基地建设项目

序号	货物名称	功能配置及技术指标	数量	单位	设备用途
1	全自动立式高压灭菌器	1. 容量: $\geq 80\text{L}$, 立式结构, 底部带脚轮 ; 直径 $\geq 40\text{cm}$. 可放入直径 38CM, 高度 58CM 的灭菌架 *2. 灭菌腔材料: SUS304 不锈钢设计, 使用受命 ≥ 10 年 3. 时间范围: 灭菌时间: $1-999$ 分钟, 融化时间: $1-999$ 分钟, 保温时间: $1-9999$ 分钟 4. 额定功率 $\geq 4600\text{W}$ *5 温度和压力: 最高灭菌温度 $\geq 135^{\circ}\text{C}$, 保温温度 $45-79^{\circ}\text{C}$, 设计压力 $\geq 0.3\text{Mpa}$, 安全阀起跳压力 $\geq 0.28\text{Mpa}$, 压力表显示范围 $0.1-0.5\text{Mpa}$ *6. 记忆存储系统: 客户可根据自己的灭菌要求, 编程存储 ≥ 20 条的灭菌程序 *7. 六级排汽方式: 灭菌结束完成后, 排气阀可按设定的六级排汽速度排汽, 同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整, 优于传统的全排, 不排, 微排等排气方式。 *8. 防烫设计: 腔盖、台面由热绝缘塑料制成, 可以防烫 9. 饱和蒸汽监测: 系统自动监测冷空气排放情况, 确保纯蒸汽的灭菌环境, 保证最佳灭菌效果 *10. 三重干烧保护装置: 灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式 (水位传感器) 三种不同干烧保护装置, 避免了单一方式带来的误判; 11. 包含灭菌模式、琼脂模式、自定义模式等灭菌 12. 人性化的权限管理: 对仪器的操作权限设为用户、用户管理员、工程师三级, 便于灭菌器的良好使用与管理 13. 琼脂处理功能: 可以对琼脂进行加热、融化、保温, 以及对腔体进行预热处理 14. 附件: 不锈钢提篮 2 个, 排气管 2 条, 证件 1 套, 说明书 1 本 15. 安全装置: 自感应安全联锁装置, 干烧保护系统, 过压双重保护; 过温与升温保护; 过流, 短路保护, 漏电保护, 闭盖检查系统, 后台安全测试程序, 防烫伤保护。	1	台	消毒器皿、培养基
2	摇床	1. 电源: $\text{AV}220\text{V} \pm 10\text{V}$ $50/60\text{Hz}$ 2. 振荡频率: $40 \sim 300 \text{ rpm}$ 3. 振幅: 20mm 4. 控温范围: $4 \sim 65^{\circ}\text{C}$ 5. 温度波动度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (测试点为 37°C) 6. 温度均匀度: $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ (测试点为 37°C) 7. 定时范围: $0 \sim 5999\text{min}$ 8. 功率: 1300W 9. 托盘尺寸: $500 \times 350\text{mm} \pm 10\text{mm}$	2	台	应用于对温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等。可对微生物细胞与

					各类菌种运动、静态的培养，特别适合实验室中试生产
3	净化工作台	应用范围:净化工作台是开展生物技术和实验必不可少的基础设备之一，该设备广泛应用于生物制药、生物化学、环境监测及电子仪器仪表等行业，提供局部净化的工作环境。 技术参数: 外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用 SUS304 拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便； 采用离心式风机，转速稳定、噪音小； 液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制； 技术参数: 显示方式: LCD 空气流向: 垂直流 工作面: 一个 洁净等级: 100 级 ($\geq 0.5\mu\text{m}$ 过滤效率达到 99.99%) 工作区风速范围: 0.3-0.6m/s (可调) 噪音: $\leq 67\text{dB}$ 振动半峰值: $\leq 5\mu\text{m}$ (X、Y、Z 方向) 照度: $\geq 300\text{LX}$ 工作区尺寸 (宽$\times$深$\times$高): $1300\times 650\times 520\text{mm}\pm 10\text{mm}$ 高效过滤器规格及数量(mm): $1250\times 560\times 50\times ①$ 荧光灯/紫外线规格及数量: $40\text{W}\times ①/20\text{W}\times ①$ 重量(kg): ≥ 200 功率(kw): 0.3 电源: AC220$\pm$10V 50/60Hz	1	台	接种样品

4	低温光照培养箱	一、技术指示 1. 温控范围：-10~50℃ 2. 容积：≥1000 升 3. 光源：顶置 LED 光照板式，顶置光源。 4. 光照度：0~20000LX 5. 光照层数：3 层 6. 控温精度：0.1℃ 7. 温度波动度：±0.5~1.0℃ 8. 升温时间:10° C 升 40° C 为 60 分钟 9. 降温时间:40° C 降 10° C 为 60 分钟 10. 光照度调节范围：0~100%Emax 无级调光 11. 工作仓内风向及风速：近水平 0.1m/s~0.3m/s 12. 压缩机工作方式：间歇运行 13. LED 光照板使用寿命：50000h 14. 仪器运行方式：全年连续运行。 15. 电源：50HZ；220V ±10% 二、性能特点 1. 采用 LED 冷光源光照，自身产生热量极少，使箱体内温度更加稳定。 2. 箱体内顶置垂直光照，四层光照板，使箱体内任何点上的光照更加均匀，改变以前两边光照强，中间光照弱的缺点。 3. 无极调光：采用由控制面板设定需要的光照度，以增加或减少电流的大小来变化光照的强弱，使光照度更加精准，完全改变以前改变灯管的数量变化光强弱缺点。	2	台	材料培养
5	电子天平	最大称量 (g): ≥3200 可读性 (g): 0.01 重复性 (≤g): ±0.01 线性 (≤g): ±0.02 1、柔和背光液晶显示 2、内置 RS232 接口 3、内置下称吊钩 4、秤盘尺寸 (mm): Φ≥125 5、称量迅速，稳定性高 6、全量程范围去皮 7、四级防震，称量速度可调 8、计件、百分比称量 9、自动零位跟踪可调 10、自动校准 11、自动故障诊断 12、超强过载保护 13、克、盎司、克拉等单位转换	1	台	称量样品
6	电子秤	测量范围：0.1kg -30kg，双分度值自动切换：0.1kg-15kg 精度为:0.005kg (5g)；15kg-30kg 精度为 0.010kg (10g)，可选 LED (红字) 和 LCD (黑字)，含充电器。	1	台	称量样品

7	红外快速水分测定仪	●标准 RS-232 接口 与 PC 双向通讯或连接到打印机。 ●部件易于操作 符合人体工学而设计的盘手柄，避免当热的样品放入或取出时产生烧伤之类的意外，翼状手柄使得加热盖容易打开和关闭。 ●三种干燥程序 标准干燥：启动后直接升温到设定温度。 慢速干燥：经过预设时间逐步升温到设定温度。 快速干燥：采用 200℃快速加热 3 分钟后根据设定的干燥温度持续加热。 通过以上三种干燥程序能充分满足到不同样品的测定要求。称量范围 110g 分度值 5mg 重复性 0.1% 可读性 0.02% 温度范围 室温—200℃ 温控精度 高级别 干燥技术 卤素灯 测量结果 水份和干重含量%、水份含量%、湿度% 秤盘尺寸 ≥85mm 电压功耗 AC 220±10V 50HZ 约 1W（加热时最大功率约 480W）	1	台	
8	糖度手持糖度计仪	测试范围 0~32%，最小刻度：0.20% 配置清单：本机 1 个、保修卡 1 份、合格证 1 张、硬盒一个	1	台	
9	PH 计	1. 采用高清液晶屏幕，显示清晰 2. 两种分辨率可选：pH 支持 0.01pH 和 0.1pH，mV 支持 0.1 mV 和 1mV 3. 温度单位可选：℃ 和 ° F。 4. 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 5. 支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 6. 支持 IP54 防护等级 7. 标配三复合 pH 电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲溶液 8. 智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数 9. 支持自动/手动温度补偿 10. 支持 1-5 点 pH 电极标定 11. 自动识别 GB、DIN、NIST 等 3 组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义 pH 缓冲溶液和标液组 12. 支持数据存储（500 套）、查阅、删除、传输和打印 13. 符合 GLP，实现数据追溯 14. 具有 RS-232 接口，支持连接标准 RS-232 串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选 15. 具有 USB 接口，通过专用通信软件与 PC 连接，实现数据传输	1	台	

10	微波炉	1. 烹饪方式微波 2. 操控电脑式 3. 内胆材质抗菌内胆 4. 底盘类型转盘式 5. 加热功能 6. 额定频率 50Hz 7. 容量 $\geq 20L$ 8. 额定电压 $220\pm 10V$ 9. 开门方式侧拉式	1	台	
11	电磁炉	1. 能效等级：三级能效 2. 火力档位 8 档 3. 产品净重： $\geq 2.73kg$ 4. 额定电压 $220\pm 10V$ 5. 额定功率：2200W 6. 电源线 $\geq 1m$ 7. 控制方式：触摸式 8. 面板材质：微晶面板纠错 9. 线盘性能：170mm 线圈直径 10. 双层聚能线圈盘 11. 150mm 大线圈热点分布均匀 12. 功能选择 6 大烹饪模式 13. 电源性能：220V/50Hz 14. 隐式涡轮散热	1	台	
12	拌料机	采用电机，减速机结构，有效降低电机速比，绞龙采用实心方管结构，耐磨性强，可增加正反转，搅拌更均匀，随机有固定托轮，移动方便，可选配件：水流量器。 输入功率：4KW/380v 生产效率：8 分钟一次/300 公斤 重量： $\geq 480kg$	1	台	
13	物料输送带	本机为上料使用，配套生产线 主要配置 配套电机 380V 0.75KW, 6 级 技术参数 长 $\times$ 宽 $\times$ 高：2500 $\times$ 430 $\times$ 530cm $\pm 10cm$ 重量： $\geq 200KG$ ，效率： $\geq 1000KG/时$	1	台	
14	装袋机	装袋机为圆盘容积冲压装袋方式，装袋效果料面平整均实一致双冲压常用于做食用菌菌种和金针菇，杏鲍菇，黑木耳等短袋子的袋料栽培 低冲中装高 15-20cm 中冲压常用于平菇、毛木耳等袋料栽培，装高 28-33cm。高冲压装袋机为长袋香菇专用，装高 38-45cm。 输入功率：3KW/380V 生产效率：800-1000 袋/时 重量： $\geq 500kg$	1	台	

15	温控3层金属网格脱水烘干机(烘箱)	1、12 小时 定时器和无级温度调节 2、主动热空气循环, 护理的塑料外壳 3、包含三个金属烘干网和 LED 显示屏(加热时亮) 4、3 个网格, 带塑料框架 5、不锈钢格栅; 浅灰色 6、直径 33.5 厘米, 高度: 27.5 厘米食品脱水机, 配有 12 小时 定时 器 7、3 个格栅, 配有塑料边框 8、额定功率≥600W	1	台	
16	土壤肥料养分检测仪	一、测试项目: 土壤养分: 铵态氮、速效磷、速效钾、酸碱度等项; 二、仪器技术指标: 1. 电源: 交直流两用, 交流电: 180V~240V、50 赫兹; 直流电: 5V~12V(内 置锂电池) 2. 量程及分辨率: 0.001-9999 3. 稳定性: 三分钟内漂移小于 0.003 4. 线性误差: ≤3%(0.03, 硫酸铜检测) 5. 重复性误差: ≤0.5%(0.005, 重铬酸钾溶液) 6. 灵敏度: 红光≥4.5 x10 ⁻⁵ 蓝光≥3.17x10 ⁻³ 7. 波长范围: 红光 620+8nm 蓝光 440+8nm 8. 土壤水分技术参数水分单位: %(g/100g) 含水率测试范围: 0-100% 精 度: +0.5% 9. 土壤中速效 N、P、K 三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥 10. 测试速度: 测一个土样(N、P、K)≤30 分钟(含前处理时间) 11. 可同时检测 8 个土样≤1 个小时(含前处理时间) 12. 数据打印: 内置高档一键式热敏打印机 三、测试速度: 土壤养分速测仪可同时检测 1 个样品; 测一个土样(N、P、K)≤30 分钟, 同时检测三个土样(N、P、K)≤40 分 钟	1	台	
17	正置显微镜	1. 无限远光学系统, 放大倍率: 40X~1000X; *2. 铰链式双目观察镜筒: 倾斜 3.0°, 瞳距 47-78mm, 分光比 5: 5; 3. 大视场目镜: 10X/φ22; *4. 无限远平场物镜(有∞ PLAN 标识): 4X, 10X, 20X, 40X(WD≥1.5), 100X(弹簧、水), 能够记忆在使用每个物镜时的照明亮度, 当不同 物镜相互转换时, 自动对光强进行调节, 减少视觉疲劳, 提高工作效率; 5. 物镜转换器: 内向式编码五孔转换器; *6. 粗微调: 左右手粗微调同轴装置, 上限位装置防挤压切片; 带任意 位置可上限位扳手装置, 方便快速对焦。松紧可调装置。微调格值 0.002mm, 粗动行程每圈≥37.7mm, 微动行程每圈≥0.2mm, 升降范围 ≥30mm; *7. 精密同步带传动载物台: 同步带传动, 防割伤设计, 无突出齿条结 构的载物台, 尺寸≥230mmX150mm, 移动范围≥78mmX54mm;	2	台	

		8. 多功能调光旋钮：单击：进入待机状态；双击：光强锁定或解锁；旋转：调整亮度；按下 + 上旋：切换至上光源；按下 + 下旋：切换至下光源；长按 3S：设置人走灯灭的时间 9. 聚光镜：插入式阿贝聚光镜 NA1.25（含空插板）； 10. 多功能显示屏：显微镜前端的液晶屏幕能够显示显微镜的使用状态，包括倍率、光照强度、待机状态等。 11. 照明：3W SLED 照明； 12. 数码摄像系统参数：2000 万以上纯物理像素，传感器尺寸：1 英寸，像素点：1.2 微米 X 1.2 微米，分辨率：5692H x 3944V，滤光片：RGB Bayer，镜头接口：C/CS 接口，最大帧率：60 帧每秒(2592*1944) 30 帧每秒(5692 x 3944), RGB 位数：8 位/12 位，曝光控制：自动/手动，可控制：图像尺寸，亮度，增益，曝光时间，USB3.0 高速传输。15、软件功能：定点捕获，拼接全景图，景深扩展，视频录制，线性测量，圆周弧度测量，角度测量，晶粒尺寸的测量，规则不规则图形测量，测量数据导出			
18	单道可调移液器	1. 可选量程包括： 0.1-2.5 μl、0.5-10 μl、2-20 μl、5-50 μl、10-100 μl、20-200 μl、100-1000 μl、500-5000 μl、1-10ml； 2. 轻松旋转计数器旋钮调节量程； 3. 快捷简便的管嘴推出器； 4. 人机工效学设计的指撑，便于单手操作； 5. 数字视窗，令所设定量程一目了然； 6. 量程范围广，0.1 μL 至 10mL； 7. 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 8. 下半支可高温高压消毒； 9. 可拆卸式组件便于维护； 10. 管嘴连件具有高化学稳定性； 11. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 配置：1、10 微升 1 支；2、200 微升 1 支；3、5000 微升 1 支；4. 1000 微升 2 支	4	套	
19	8 道可调量程移液器	可选量程包括：0.5-10 μl、5-50 μl、50-300 μl； 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力； 移液器下半部可 360 度旋转，方便移液； 每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷； 管嘴连件采用复合材料制成，密封性能优异； 与大多数品牌管嘴兼容； 轻松旋转计数器旋钮调节量程； 快捷简便的管嘴推出器； 人机工效学设计的指撑，便于单手操作； 数字视窗，令所设定量程一目了然； 可拆卸式组件便于维护； 管嘴连件具有高化学稳定性； 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；	1	套	

20	漩涡震荡混合器	1. 工作模式：点动、连续模式 2. 振动方式：圆周 3. 振幅：6mm 4. 转速范围：0-3000rpm 5. 转速调节方式：旋钮刻度调速 6. 稳定：3000 rpm 稳定不移位； 7. 高效：涡旋力度大，40ml 液体可在 5s 内起旋； 8. 静音：噪音小，小于 60dB(分贝) 9. 提速快：可在 2s 内达到最高转速； 10. 耐用：涡旋转头选用特殊橡胶材质，耐用耐磨； 11. 配置： 主机 1 台，说明书 1 份 12. 质保 1 年	1	台	混匀样品
21	负 4° 低温离心机	最高转速 15000r/min 最大相对离心力 21400×g 转速精度 ±10 r/min 最大容量 24×1.5/2.2ml 温控精度 ±1℃ 温度范围 -20℃~+40℃ 制冷系统 压缩机组，环保无氟制冷剂 R134a 显示模式 LCD 全彩大液晶触摸屏 定时模式及范围 1~9999min 启动计时、达到转速计时、瞬时和连续计时 升模式降速 16 档升降速曲线 程序存储 99 组以上 总功率 0.8KW 驱动系统 大力矩高性能无碳刷电机 噪音 ≤50-58Db (A) 电源 AC 220±10V 50HZ 10A 重 量 ≥35KG	1	台	
22	高速微量离心机	最高转速[rpm] 15000rpm (200-15000rpm)，步进量：100rpm 最大相对离心力[xg] 21380×g，步进量：10×g 转速精度 ±20 rpm 可带一个 2ml*24 孔角转子 定时 30 秒-99 分-HOLD (连续运行) 驱动电机 直流无刷电机 安全性能 双门锁、超速、状态诊断系统 功率 200W 噪音 ≤64dB 重量 ≥12kg	1	台	
23	掌上离心机	最大转速：1000-12000rpm，步进 1000rpm 最大相对离心力：6708×g-1.5/2ml； 6596-7490×g-PCR8 联管； 转子容量：0.5/1.5/2mL×12； 0.2mL×44 PCR 管；	1	台	

		0.2mL×4 PCR 8 联管 时间设置范围：10s-20min 电机类型：直流电机 显示类型：OLED 功率：AC100-240V/50Hz/60Hz 40W 噪声：≤58dB 重量：≥1.5kg			
24	普通 PCR 仪	1. 样本通量：96； 2. 适用耗材：0.2mL 96 孔 PCR 板，0.2mL PCR 单管，0.2mL PCR 8 联管； 3. 反应体系：10-100 μL； 4. ▲控温技术：半导体制冷片加热制冷技术，采用长寿命高性能半导体制冷器； 5. 温控方式：BLOCK、TUBE 模式； 6. ▲风道设计：独特的前进风后出风设计，大大的节约仪器摆放空间的同时起到防尘的效果； 7. 模块控温范围：4.0~105.0℃（最小可设置 0.1℃）； 8. 最大升降温速度：≥5℃/s； 9. 温控精度：≤±0.1℃； 10. 模块温度均匀性：≤±0.2℃； 11. 热盖温度范围：30℃~110℃； 12. 自动热盖：热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管，有效防止试剂蒸发和污染； 13. 热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节； 14. 热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭； 15. 变速温度可调：0.1℃ ~ 5℃； 16. 低温保存功能：具有 SOAK 低温保存功能； 17. 梯度温度范围：30-99.9℃； 18. 梯度温差范围：1-30 ℃； 19. 最大步骤：100 个，可做二重嵌套循环； 20. 最大循环数：标准循环 99（嵌套 2 级）可做巢式 PCR； 21. 时间递增/递减：0-9 分 59 秒可做 Long PCR； 22. 温度递增/递减：0-9.9℃可做 Touchdown PCR； 23. ▲液晶显示：8 英寸全彩液晶显示屏，实时图文显示运行状态； 24. ▲APP 功能：手机移动端同步 app，实时监控设备运行情况，并可远程操控多台联网设备的 OFF 功能； 25. ★连接电脑：轻松实现一台电脑控制多达 150 台仪器得远程控制及管理工作； 26. 程序存储数：≥2000，可通过 U 盘无限拓展存储； 27. ▲具备断电保存功能； 28. 具备程序运行报告记录功能； 29. 具备文件加密功能；	2	台	

		30. 具备 Tm 计算功能; 31. 语言设置功能: 中英文; 32. 信息接口: USB2.0、 LAN、 wifi;			
25	水平电泳槽	技术规格 凝胶面积 (W×L): 120×120、120×60、60×120、 60×60 (mm) 样品通量: (1.5mm 厚) 1、2、3 齿; (1.0mm 厚) 6、8、11、13、18、25 齿 缓冲液容积: 0~550 (ml) 净重: ≥1.1 (kg) 性能特点 • 采用进口高透明度 PC 材料, 一次注塑成型; • 双色上盖可供选择, 开盖时自动切断电泳电场, 确保操作安全; • 托盘具有把手设计, 保证操作过程的安全; • 托盘具有防漂移功能, 有效防止条带弯曲; • 托盘具有加样背景色设计, 方便加样; • 安全开盖按钮设计, 方便上盖的开启; • 配备专用制胶盒; • 配备水平调节功能; • 可拆卸电极架, 使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全。	1	台	
26	电热恒温水浴锅	1. 电源电压 AC220V 50HZ 2. 消耗功率 1500W 3. 控温范围 RT+5 ~ 99 °C 4. 恒温波动度 ±0.5 °C 5. 跟踪报警 ±2 °C 6. 容积 ≥14.8L 7. 定时范围 0 ~ 999min 8. 双列六孔	1	台	加热样品
27	恒温金属浴	1 温度设定范围: 5~105℃ 2 温度控制范围: 室温+5~105℃ 3 升温时间: ≤4min (从室温升至 105℃) 4 降温时间: ≤15min (105℃降至室温) 5 105℃温度稳定性: ≤±0.5℃ 6 40℃模块最大温差: 0.3℃ 7 定时范围: 1min-99h 59min *8 五段程序控制, 可设置五个时间和温度段。五个时间段依次运行, 程序结束后维持在室温。更多选择, 配合更多复杂实验 *9 多模块组合, 可任意放置 0.2ml-50ml 各种孔径离心管轻松组合无负担 10 自由模块组合, 不同离心管同时保温 11 配置: 主机、0.2ml、2ml、5ml、15ml、50ml 模块各一套、说明书一份。 12 质保期: 一年	1	台	加热样品

28	电热鼓风干燥箱	1. 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2. 采用触控式按键，彩色高清数码管显示各项参数指标，具备控温、定时和超温报警等功能； 3. 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果； 4. 采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 5. 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越； 6. 旋转式两级锁紧结构，保证门与封条贴合度更高，达到良好的密封性； 7. 腔体四角采用圆角设计，搁架容易拆卸，方便清洁； 8. 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失。 9. 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 10. 控温范围：室温+5~300℃ 11. 分辨率：0.1℃ 12. 波动度：±1℃ (105℃) 13. 均匀度：±2.5% 14. 升温速率：>5℃/min (150℃) 15. 定时范围：0~9999min/h 16. 容积：≥210L 17. 载物搁架：3/8 块（标配/最多） 18. 搁架承重：≥15Kg	1	台	干燥样品
----	---------	--	---	---	------

29	分光光度计	1. 波长范围: 190 -1,100 nm 2. 光谱带宽: 1 nm (190 to 1,100 nm) 3. 波长显示: 0.1 nm 步进 4. 波长设置: 0.1 nm 步进 5. 波长准确度: ± 0.1 nm (氘灯, 656.1 nm 处), 全光谱范围 ± 0.3 nm 6. 波长重复性: ± 0.1 nm 7. 波长转动速度: 29,000 nm/min 8. *波长扫描速度: 29,000 -2 nm/min 9. 换灯波长: 根据设置波长自动执行换灯操作, 可设换灯波长范围 295 - 364 nm (0.1 nm 步进) 10. 杂散光: $<0.02\%$ (220 nm, NaI) $<0.02\%$ (340 nm, NaNO ₂) $<0.5\%$ (198 nm, KCl) 11. 光路系统: 双光束 12. 光度范围: 吸光度: -4-4 Abs, 透过率: 0%-400% 13. 光度准确性: ± 0.002 Abs (0.5 Abs) ± 0.004 Abs (1.0 Abs) ± 0.006 Abs (2.0 Abs) 14. *光度重复性: $<\pm 0.0002$ Abs at 0.5 Abs $<\pm 0.0002$ Abs at 1 Abs $<\pm 0.001$ Abs at 2 Abs 15. 基线稳定性: <0.0003 Abs/Hr (700 nm, 光源稳定 1 小时后) 16. 基线平坦度: $<\pm 0.0006$ Abs (1,100 - 190 nm, 光源稳定 1 小时后) 17. 噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm) 18. 光源: 20W 碘钨灯和氘灯, 集成光源设计, 自动灯位转换 19. 单色器: 低杂散光 LO-RAY-LIGH 光栅, Czerny-Turner 构型 20. 检测器: 硅光二极管 21. 软件: 标配软件 可通过 USB 接口进行外部控制 22. 显示: 24-bit 彩色触摸屏幕	1	台	测液体样品
----	-------	--	---	---	-------

30	发酵罐	产品介绍 :执行标准 GB/T150.1-GB/T 150.4-2011 1、罐体设计压力$\geq 0.3\text{MPa}$, 工作压力$>0.15\text{MPa}$。 2、体全容积 $100 \pm 10\text{L}$, 材质 304 罐体材质厚度:体厚度 4mm。采用自动氩弧焊接; 3、夹套水浴恒温系统:自动控制发酵温度,夹套耐受压力$>0.1\text{MPa}$, 材质:S304, 夹套厚度 3mm, 采用自动焊接;(双层罐罐体降温时间缩短 50%) 4、灭菌方式:在位灭菌, 灭菌温度均匀可调, 灭菌的同时可以气流搅拌和机械搅拌。以便物料均匀受热; 5、罐体外表面抛光, 抛光精度为 $Ra \leq 0.8 \mu\text{m}$;罐体内表面精抛光, 抛光精度为 $Ra \leq 0.65\mu\text{m}$;(内抛光是镜面防死角防挂壁) 6、标准测温口、手动测温口、压力表口、取样口$\geq 12\text{mm}$、接种口$>76\text{mm}$、手孔$>100\text{mm}$、手动测温孔、进气口$>15\text{mm}$、排气口$>15\text{mm}$、料口$>20\text{mm}$等接口; 7、培养罐自动清洗, 内置双滤芯; 8 进气口及排气口有应对停电的单向阀; 9 液体菌罐接口处阀门用发酵专用隔膜阀门; 10. 提供相应的国家特种设备安全监督检验机构颁发的压力容器证书(复印件加盖投标人公章)。	1	台	
31	光照度计	1 分辨率: 0.01Lux 2 重复测试: $\pm 2\%$ 3 取样率: 约 2 次/秒 4 过载显示: 高位显示 “1” 5 配置: 主机 1 台, 说明书 1 份	1	台	测光照强度
32	二氧化碳测试仪	主机功能要求: 系统显示: 带背光显示的液晶屏, 显示信息包含: 当前日期与时间、传感器数量、测量参数及数值、电池电量、语音状态、经纬度、网络状态、数据存储数量、存储卡状态、SIM 卡方式等; 数据采集方式: 支持定时采集和手动采集两种模式, 并且可以自由切换, 对工作无影响; 手动数据采集: 设备有手动采集数据及保存数据的功能, 快捷及时保存特定环境中采集的数据指标; 自动采集频率: 5 分~99 小时内任意设定采集时间, 最小间隔时间 5 分钟, 数据自动记录并存储, 存储数量可通过屏幕显示信息查看, 同时数据记录带有存储时间; 数据上传: 设备自带无线数据传输功能, 测量数据通过 4G/5G 实时自动上传到平台后, 可通过网页端或手机 APP 进行查看, 无论身在何处只要能上网, 均可查看下载数据; 安卓和苹果系统均可支持手机 APP 端查看; 数据管理: 设备支持在仪器显示屏上直接查看数据和数据删除功能; 数据储存: 主机可储存至少 5 万组数据量, 也可通过外置 SD/TF 储存卡存储, 存储卡最大支持 32GB; 超限报警: 可根据需要进行设定参数超限值, 当检测到数据超出设定值后会有报警信息, 设置简单、快捷, 并有语音超限值报警提示;	1	台	

		网络状态：设备自动显示当前网络状态链接状态，可直观判断网络链接成功与失败； 扩展接口：设备自带 SIM 卡*1、TF 卡*1、电源接口*1、USB 接口*1、有线传感器接口*1； 数据导出：设备支持多种数据导出方式，可以通过 USB 接口直接导出文本数据或者通过网络端口直接上传至平台，方便用户在电脑端查看； 传感器连接：可通过有线传感器接口与传感器进行连接，同时设备支持多个传感器的连接，连接时可通过集线器进行连接，集线器有一拖四、一拖六，实际使用时按需配置，可连接不少于 32 种不同类型传感器（扩展线为 IP68，一体结构）； 系统供电：采用交直流两用模式 电池容量：7.4V/1800mAh 大容量锂电池供电，并且有电池过充和过放保护功能； 省电设计：系统采用低功耗设计，确保系统在电池充满电量后，可以长期在野外使用，长期不间断进行数据采集； 屏保功能：设备具有屏保功能，设备在数据采集过程中可以自动屏保，可省电，但不影响数据采集； 自动唤醒：设备应用时具有唤醒功能，可轻触唤醒键自动唤醒显示； 待机要求：待机时长≥ 7天； 精准定位：实时显示采集点经纬度并保存；坐标精度：3 位小数，± 0.05 分（$\leq 50M$）；手动选项； 远程升级：设备具有对硬件进行嵌入式固件程序远程升级的功能，优化程序过程中不影响用户使用； 工作环境要求：温度：$-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$；湿度：5%~98%；			
33	紫外线消毒车	1 长*宽*高(mm) $\geq 410 \times 415 \times 1150\text{mm}$ 2 净重(KG) ≥ 11 3 型式 手推移动式 4 输入功率 132VA 5 电源电压 AV220V 50HZ 6 消毒车定时选择范围 0~60min 7 灯臂调节角度 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 8 30W 紫外线灯管辐照强度 $\geq 100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 9 石英灯管 紫外线低压汞消毒灯 2 支 30W 10 紫外线波长 253.7 nm 11 三芯电源线长度 $\geq 2\text{m}$ 12 灯管控制开关 二支 13 紫外线消毒车主要材料由 304 不锈钢板制成。 14 质保 1 年	1	台	室内消毒

34	磁力加热 搅拌器	电源 200~240 V, 50/60 Hz 功率 515 W 重量 ≥ 1.8 kg 转速 200~1,500 rpm 最大搅拌量(水) ≥ 3 L 搅拌点位数量 1 搅拌子最大尺寸 50 mm 转速显示分辨率 ± 1 rpm 转速显示 LED 加热温度范围 室温~280° C, 步长 1° C 工作盘控温精度 ± 1 (<100° C), $\pm 1\%$ (>100° C) 温度显示分辨率 $\pm 1^\circ$ C 过热保护 320° C 余热警告功能 50° C 温度显示 LED 工作台面尺寸 $\Phi \geq 135$ mm (5 in) 工作台面材质 不锈钢陶瓷涂层 热输出功率 500 W 电机输入功率 5 W 电机输出功率 3 W	1	台	混匀样品
35	黄色药品 柜	类别: 90 加仑/340L 产品名称: 易燃液体储存柜(黄色) 壳体尺寸(宽*深*高) (mm): 1090×860×1650mm±10mm 净重(KG): ≥ 166 标配层板: ≥ 2 静电钳: 1	1	台	
36	数显推拉力计	实时模式 屏幕不显示“P”和“T”为实时模式 峰值模式 屏幕单独显示“P”为峰值模式表示记录一个时段内测量的上限力值 第一峰值模式 表示记录一个时段内测量的上限力值屏幕同时显示“P”和“T”为第一峰值模式 精度: $\pm 1\%$ 最大负荷: 10N~500N	1	个	
37	激光尘埃 粒子计数器	光源: 半导体激光器, 寿命大于 10 年>30000h 采样流量: 2.83L/min (0.1ft ³) 显示方式: 高分辨率液晶屏显示(LCD)中英文界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) 可充电电池: 锂离子电池, 16.8 V, 2600mAh. 供电电源: 交流电源适配器, AC : 100V~245 V, 50/60 Hz 至 DC: 16.8 V, 1 A; 工作时间: 8 小时(剩余电量指示)	1	台	

		计数模式：累计值，差值，浓度值 测试方式：单一、重复、连续、计算、远程、 单位换算：单位可换算成 m³，ft³ 粒径通道：0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm，六档粒径同时计数。可选粒径：0.3 μm, 0.5 μm, 0.7 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 5.0 μm 采样周期：1~9999 (S) 延时计数：0~99 (S) 自净时间：≤10 (min) 工作环境：温度：0~40℃ (50~104°F) 相对湿度：20~90%RH, 无凝露。 大气压力：86~106KPa 温湿度：选购 (1) 温度：0~50℃±1℃。 (2) 湿度：0~*RH±5% UCL 设置：采样点数 (A)：2~9 点设定。 每点采样次数：(L) 2~9 次设定 测量位置：0~999 UCL 报表：ISO14644-1、GB50073-2001、新版 2010 版 GMP、FS-209E 数据存储：可存储 1000 组数据 (循环式缓冲区) (包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间，采样量，数据位置口)，断电后数据不丢失。 通讯接口：RS232, 9600 波特率 报警设置：仪器带级别报警功能，可对洁净室 100 级，1000 级，10000 级，100000 级，300000 级，1000000 级超标后报警 电池电压过低报警 零计数：符合 JJF-1190-2008 尘埃粒子计数器计量校准规范及 JIS B9921:1997 每五分钟少于 1 个 重叠误差：5%，2,000,000 粒/立方英尺时 打印功能：外置打印机 标准配置：手提箱/充电器、等动力采样头、带采样管的采样支架、零过滤器、USB 转 RS 232 模块、RS 232 连接线、电脑连接通讯软件光盘 选购件：外置打印机，专业三角采样架，温湿度传感器			
38	立式冻干干燥机	冷阱温度：-80±1° C 冻干面积：≥0.12m 捕水量：≥4kg 托盘数：≥4 层 托盘尺寸：Φ≥200mm	1	台	
39	智能方舱	1、环境控制系统：温度范围：10℃~28℃，物联网智能调节温度，冷暖热泵型；湿度要求：60%~100%可智能调节；光照要求：1000 勒克斯 LED 光照智能调节；CO₂ 浓度：400~3000ppm 可智能调节； 2、设备参数：制冷量：28.4KW，制热量+辅助电加热：28+6=34kw，额定功率：8.5kw+6kw (辅热)=14.5kw，风量 5100m³/h，电源：三相：380±10%；50HZ±2%。 3、控制功能：冷暖恒温控制，加湿控制，光照控制，二氧化碳浓度控制，自动新排风控制，远程物联网控制 (手机浏览、设置温控器参数、历史数据查看及实时报警)。方舱内所需出菇要求和参数控制：含二氧化碳传感器一个，湿度传感器一个，温度传感器 5 个。 4、压缩机：全封闭高效涡旋式压缩机，VP103KFE 380v，输入功率：	6	个	

		6. 2kw。 5、蒸发器：换热面积 105 m ² ，风量 5100m ³ /h，电机功率：1. 1kw。 6、冷凝器：换热面积 100 m ² ，风量 12000m ³ /h，电机功率：0. 84kw。 7、电子膨胀阀：45KW，额定电流/电压 12V.DC...260mA/相，最大工作压力： 4.2 MPa 8、双向储液器：10L，工作压力： 2.2-4.2 MPa，适用环境温度：-40~+70℃，适用流体温度：-30~+120℃ 9、四通换向阀：10 匹，环境温度：-20~-55℃，最大工作压力：4. 15MPa 10、高低压压力传感器：电源电压： 5V.DC±0. 25，输出： 0. 5~4. 5V.DC 11、双向过滤器：适用介质温度：-40~+120℃，最大工作压力：4. 5 MPa，最大实验压力：6. 75 MPa 12、控制主板：中文触摸屏，温度-10℃~50℃，湿度≤85%，无凝露，无腐蚀（1. 制冷控制：温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、电流检测。2. 化霜控制：定时启动化霜、自动检测化霜、化霜滴水、手动化霜。3. 故障报警：相序保护、缺相保护、高/低压保护、过电流保护、欠电流保护、排气温度保护、温度探头故障告警、全方位保护压缩机。） 13、加湿器：加湿量:21KG/H，外壳材质:不锈钢，雾化片：防腐镀镍，每块 10 个雾化片。 14、三防灯：LED 三防净化灯 40w, 1. 2M, 4500K，显指≥80，防水电源。 15、新排风：新风初效过滤，回风初级过滤，新风机两台上进风，风量 1000-1500m ³ /h 一台，排风机两台下排风，风量 1000-1500m ³ /h 一台， 16、安全保护：漏电保护，过载保护，超压，逆相保护，冷媒异常保护，压缩机超温保护，自动检测故障等。 17、由≥100MM 聚氨酯保温板组成。双面彩钢库门。 18、防水热镀锌组装床架。			
40	食用菌生产棚	建设标准以“泌阳县职业中专 2023 年省级高水平专业化产教融合实训基地建设项目施工图”为准。详见附件	8	个	

核心产品：智能方舱

二、商务要求

质保期	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于 12 个月。
合同履行期限	60 日历天。
交货地点	采购人指定地点。
合同签订时间	中标通知书发出之日起 1 个工作日
付款方式	合同另行约定
备品备件及耗材等要求	成交人需提供必要的备品、备件及耗材等。
售后服务保障或维修响应时间要求	为保证售后服务质量，接到业主报修后，中标人必须 1 小时内响应，24 小时修复。 免费进行安装、调试并进行设备使用培训，一年内免费保修，定期巡检。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：2023 年省级高水平专业化产教融合实训基地建设项目 1.2 采购人名称：泌阳县中等职业技术学校 1.3 项目编号：泌财竞谈采购-2024-156 号
2	合格供应商： 具备竞争性谈判公告第二项规定的条件。
3	谈判报价及费用： 3.1 本次谈判应以人民币报价。 3.2 供应商的最后一轮报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，本项目谈判废止。 3.3 本项目不收取代理服务费。
4	现场踏勘或标前答疑： 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	响应文件组成： 加密版电子响应文件。
6	响应文件提交截止时间及地点： 详见竞争性谈判公告。
7	谈判时间及地点： 详见竞争性谈判公告。
8	评定办法(含成交供应商和成交候选供应商数量，不超过 3 个)。 本次谈判将按照最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮的报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价最低的供应商作为成交供应商。
9	成交公告及成交通知书： 谈判结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商及时领取成交通知书。
10	谈判保证金交纳与退还： 本项目不收取谈判保证金。
11	签订合同： 详见第二章采购需求，二、商务要求。
12	履约保证金的收取及退还： 本项目不收取履约保证金。 采购人根据需要可以按成交合同金额的___%（不超过成交合同金额的 5%，具体控制标准可根据项目情况在采购文件中予以确定）收取履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。以担保机构出具的履约担保函形式交纳的，谈判供应商应提交驻马店市政府采购专业信用担保机构出具的履约担保函。以支票、汇票、本票的形式交纳的，采购人在成交供应商按合同约定交货完毕并验收合格后 10 个工作日内无息退还。

13	采购资金来源： 财政性资金。
14	付款方式： 详见第二章采购需求, 二、商务要求。
15	成交供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	响应文件有效期： 响应文件提交截止期结束后 60 日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分, 有效期至合同完全履行止。
17	本项目所属行业： 工业。
18	质疑和投诉： 详见第三章供应商须知第 10 条。
19	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(. zmdtf 格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传, 逾期上传其响应将被拒绝。
20	供应商注册： 供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站“供应商登陆版块”进行交易主体免费注册, 然后按网站下载中心(其他)“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件, 完善诚信库信息, 自行核验通过后, 按网站下载中心(其他)“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料, 到泌阳县政务服务中心三楼 D03 窗口(联系人: 王女士, 电话: 13525335559)或驻马店市公共资源交易中心一楼大厅 CA 窗口(联系人: 张先生, 电话: 17838648654)办理 CA 密钥, 完成注册。
21	采购文件下载： 凡有意参加谈判者, 登录“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站, 凭领取的企业身份认证锁(CA 密钥)登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的, 其谈判将被拒绝。
22	响应文件制作： 1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站下载中心(政府采购类): 下载“新点谈判文件制作软件(驻马店)”。 2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载采购文件(. zmdzf 格式)。 3、供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件(. zmdtf 格式), 应在响应文件提交截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”电子交易平台内上传; 4、加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站提供的“新点谈判文件制作软件(驻马店)”制作生成的加密版响应文件。

	5、供应商在编制电子响应文件时，生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。 7、响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 8、供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子响应文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的， 下 载 中 心 板 块 的 视 频 （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）
23	响应文件上传:详见第三章供应商须知第 22 条
24	采购文件的澄清与变更： 1、采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载采购文件和最新的答疑文件，以此编制响应文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开启前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
25	开启 1、谈判当日，供应商无需到达谈判现场，仅需在任意地点使用企业 CA 密钥登录驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加谈判活动。 2、解密时，供应商必须使用能正确解密响应文件的 CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上电子交易平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或谈判评审工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整谈判评审时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder/）谈判文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

	4、特别提醒： 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统谈判的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽 4M 以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存 4G 及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求 Windows7 及以上，IE 浏览器 IE11 及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统谈判的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开启操作手册下载地址： （ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005 ）
26	评审：详见第三章供应商须知第 25、26、27、28、29 条
27	根据《泌阳县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（泌财购〔2022〕6 号）文件要求，对全县范围内推行政府采购资格审查环节信用承诺制。 在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： 1、具有独立承担民事责任能力的证明材料； 2、符合国家相关规定的财务状况报告； 3、依法缴纳税收的证明材料； 4、依法缴纳社会保障资金的证明材料； 5、具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 7、未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
28	解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当采购文件与采购文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。

一 说 明

1. 适用范围

本采购文件仅适用于竞争性谈判公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指下载了本采购文件，且已经提交本次响应文件的制造商或经销商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指采购文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。

2.7 “响应文件有效期”系指本次采购项目响应文件提交截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算

本次采购预算为：132.84万元；最高限价为：132.84万元。

4. 供应商应提交的证明文件

4.1 供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定（格式详见附件）。

4.2 供应商须具有独立法人资格，具备有效的营业执照。

4.3 其他证明材料。

注：以上为必须提供的材料。本项目使用远程不见面交易的模式，供应商在上传响应文件截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料，以供评审过程中谈判小组查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子响应文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

6. 联合体参加谈判

6.1 本项目不接受联合体参加谈判。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

7.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

8. 关联企业参加谈判

8.1 本采购文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

8.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人, 母公司、全资子公司及其控股公司, 都不得同时参与谈判活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的谈判活动。一经发现, 将导致谈判同时被拒绝。

8.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 特别说明:

9.1 供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录”, “重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 供应商在谈判活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的, 其响应无效, 由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的, 应在响应文件提交截止时间 2 日之前提出质疑; 供应商对谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的, 应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内提出质疑。逾期不再受理, 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标采购程序、采购文件格式性条款、谈判结果的询问和质疑, 请向泌阳县公共资源交易中心提出; 关于对供应商特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求的询问和质疑, 请向采购人提出。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意, 或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、谈判过程和谈判结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11. 供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对响应文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

二 采购文件

12. 采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

- 12.1 竞争性谈判公告
- 12.2 采购需求
- 12.3 供应商须知
- 12.4 合同主要条款
- 12.5 响应文件格式

13. 采购文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在采购文件要求响应文件提交截止时间 3 个工作日（如至原定截止时间不足 3 个工作日，则需延长谈判开始时间，采购文件获取时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

13.2 采购文件澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。

13.3 采购文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对采购文件进行的澄清、修改或补充无效，谈判时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长响应文件提交截止时间和开始谈判时间，但至少应当在采购文件要求响应文件提交截止时间 3 个工作日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 响应文件的编制

14. 要求

14.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术参数和技术标准、商务要求和响应文件中对响应的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 供应商应完整签署响应文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减或修改内容。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

15. 响应文件的语言和计量单位

15.1 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 响应文件的组成。响应文件应包括下列部分：

- 16.1 竞争性谈判响应书
- 16.2 初次报价一览表
- 16.3 技术响应表
- 16.4 商务响应表
- 16.5 法定代表人身份证明
- 16.6 法定代表人授权书
- 16.7 证明文件
- 16.8 抵制商业贿赂承诺
- 16.9 谈判保证金（若收取保证金的）

17. 响应文件有效期

17.1 响应文件从竞争性谈判公告所规定的响应文件提交截止时间之后开始生效，在供应商须知前附表第 16 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下采购代理机构可于响应文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在响应文件有效期延长期内继续有效。

18. 谈判报价

18.1 所有谈判报价均以人民币元为计算单位。供应商的报价为完成本项目服务内容产生的所有费用。

18.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

18.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报初次报价一览表。

19. 谈判保证金

19.1 本项目不收取谈判保证金

20. 响应文件的式样和签署

20.1 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录应编序。响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2 加密的电子响应文件（.zmdtf 格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子采购文件，制作生成的加密版响应文件。

20.3 供应商应提交证明其拟供服务货物符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据等，并须提供服务货物主要技术性能的详细描述。

20.4 供应商在编制电子响应文件时，根据采购文件的要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。

20.5 不接受电报、电传和传真的响应文件。

20.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按本须知规定的格式填写响应文件或响应文件字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应采购文件的，其响应文件将被作为无效响应文件。

20.7 电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频

(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>)

四 响应文件的上传、提交

21. 响应文件的加密、标记

21.1 供应商应在响应文件提交截止时间前对上传的电子响应文件（.zmdtf 格式）用本单位的企业 CA 密钥进行加密。

21.2 供应商因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台交易系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 响应文件的上传、提交

22.1 供应商应在竞争性谈判公告中规定的响应文件提交截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，**逾期上传其响应将被拒绝。**

23. 响应文件的修改和撤回

23.1 供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商在响应文件提交截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件提交截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

五 响应文件的开启

24. 开启

24.1 在竞争性谈判公告中规定的时间、地点开启。

24.2 开启由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

24.3 开启时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其谈判将被拒绝。

24.4 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1 在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后上传、提交响应文件的。

24.4.2 响应文件未按采购文件规定加密的。

- 24.4.3 未进行网上下载采购文件参加谈判的。
- 24.4.4 未按要求提交谈判保证金的（若收取）。
- 24.4.5 一个供应商不只提交一套响应文件的。

六 谈判

25. 组建谈判小组

采购代理机构根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员为3人(成员由3人以上单数组成。达到公开招标限额标准而采取竞争性谈判采购方式的采购项目，成员人数应为5人以上单数。采购人代表不得担任谈判小组组长)。

26. 响应文件的初审

26.1 谈判小组会将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被作为无效响应。

26.2 资格性检查和符合性检查。

26.2.1 资格性检查。谈判小组将依据响应文件按竞争性谈判公告第二项所述的资格标准和采购文件第三章 4. 供应商应提交的证明文件对供应商进行资格审查, 以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 将被视为未实质性响应采购文件。

26.2.2 符合性检查。谈判小组将从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：

（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背采购文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应采购文件的供应商，将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者，其响应文件也将被视为未实质性响应采购文件：

- (1) 响应文件未按规定签字、盖章的。
- (2) 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。
- (3) 资格证明文件不全的，或不符合采购文件标明的资格要求的。
- (4) 响应文件有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足采购文件要求的。
- (5) 缺少 1 项必要功能，或缺少辅助功能 3 项（含）以上的。
- (6) 任何 1 项主要技术指标低于采购需求，或次要技术指标低于采购需求 3 项（含）以上的。
- (7) 未按采购文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。
- (8) 响应文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合采购文件要求的。
- (9) 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。
- (10) 联合体参加谈判未提供联合体协议原件的。
- (11) 不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应采购文件的响应文件。谈判小组决定供应商是否实质性响应采购文件只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.2.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统网上实时告知其理由。

26.3 在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通。具体表现形式如下：

- 26.3.1 不同供应商的响应文件异常一致的。
- 26.3.2 不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制的。
- 26.3.4 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的。
- 26.3.5 不同供应商的响应文件相互混装的。
- 26.3.6 不同供应商授权同一人作为供应商代表的。
- 26.3.7 不同供应商的谈判保证金由同一单位或者个人支付的（若收取）。
- 26.3.8 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或其他供应商串通的其他情形的。
- 26.3.9 谈判小组认定的其他串通情形。

27. 响应文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不

见面交易系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在谈判小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其谈判代表签字。但澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

28. 谈判

28.1 对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次谈判程序。

28.2 谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动采购文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。采购文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判供应商。

28.3 本次谈判进行不超过 3 轮次报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除采购文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应采购文件。供应商应当对谈判的每轮次报价或承诺均以书面形式确认，并由供应商代表签字，在规定的时限内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统提交给谈判小组，谈判报价以供应商的最后一轮次报价为准。（如果一包中分项目过多，第二轮、第三轮可以只报总价，分项目价格按本轮总报价与第一轮总报价的优惠比例相应调整）

28.4 在确定成交供应商之前，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

29. 谈判过程及保密原则

29.1 凡与本次谈判有关人员属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

七 确定成交供应商

30. 成交原则

30.1 本次谈判将按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价作为成交供应商的依据，按最终评定价由低到高排列。最终评定价相同的，按最后一轮报价由低到高排列。最终评定价与最后一轮的报价均相同的，按技术指标优劣排列。最终评定价、最后一轮报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

30.2 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后一轮报价最低的参加谈判；最后一轮报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加谈判的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

30.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

31. 价格调整

31.1 谈判小组根据政府采购相关规定，对供应商提供的货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”对供应商报价进行调整。

31.2 价格调整要素及价格折扣幅度列表：

价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
小微企业参加谈判，且提供产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	货物和服务项目：20% 工程项目为：5% 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的：6%（工程项目为 2%）
……	供应商或所提供产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由供应商提供相关法律法规政策依据，每项按 0.5% 折扣。

注：（1）供应商提供的产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

(3)根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4)根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

31.3 如果同一包为单一产品，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

$$\text{最终评定价} = \text{最后一轮报价} \times (1 - \Sigma \text{价格折扣幅度})$$

31.4 如果同一包内有多个产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣。

31.4.1 如果最后一轮供应商按《初次报价明细表》报价，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

$$\text{单项调整报价} = \text{最后一轮单项报价} \times (1 - \Sigma \text{价格折扣幅度})$$

$$\text{最终评定价} = \Sigma \text{单项调整报价} + \Sigma \text{不进行价格调整产品的最后一轮单项报价}$$

31.4.2 如果最后一轮报价只报总价，先对第一轮报价进行调整，再按最后一轮报价比第一轮报价降价幅度计算出最终评定价。

$$\text{第一轮单项调整报价} = \text{第一轮单项报价} \times (1 - \Sigma \text{价格折扣幅度})$$

$$\text{第一轮调整后报价总价} = \Sigma \text{第一轮单项调整报价} + \Sigma \text{不进行价格调整产品的第一轮单项报价}$$

$$\text{最终评定价} = (\text{最后一轮报价} / \text{第一轮报价}) \times \text{第一轮调整后报价总价}$$

32. 确定成交供应商和成交候选供应商

32.1 本项目由采购人授权谈判小组直接确定成交供应商和成交候选供应商。

33. 成交通知书及成交公告

33.1 谈判结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商及时领取成交通知书。

33.2 成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低，非不可抗力放弃成交资格的，视为供应商恶意串通。

33.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

34. 采购代理机构宣布谈判废止的权利

34.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布谈判废止，并将理由通知所有供应商：

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.1.4 响应文件提交截止时间结束后参加供应商不足 3 家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足 3 家的。

七 合同授予

35. 签订合同

35.1 采购人、成交供应商自成交通知书发出之日起，在采购文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内，根据采购文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，其谈判保证金将被没收，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

35.2 采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

35.4 采购人应在采购合同签订之日起 1 个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

第四章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购人） 乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照_____（项目编号）的竞争性谈判结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

无

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范标准和采购文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后____日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后____日内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起____个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后____个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场，____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后__日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后__日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同

款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的采购文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式____份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起 1 个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第五章 附件--响应文件格式

注释：

《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应文件。

目 录

- 附件 1 响应文件封面（格式）
- 附件 2 竞争性谈判响应书（格式）
- 附件 3 初次报价一览表（格式）
- 附件 4 初次报价明细表（格式）
- 附件 5 供货范围清单
- 附件 6 技术响应表（格式）
- 附件 7 商务响应表（格式）
- 附件 8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件 9 法定代表人授权书（格式）
- 附件 10 证明文件
- 附件 11 抵制商业贿赂承诺（格式）
- 附件 12 河南省政府采购合同融资政策告知函

附件 1：

竞争性谈判响应文件封面（格式）

**政府采购项目
竞争性谈判响应文件**

项目名称：
项目编号：

供应商名称： _____ **（全称并加盖公章）**
日 期：

附件 2：

竞争性谈判响应书

致：_____（代理机构名称）：

_____（供应商名称）现委托__（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：__）的竞争性谈判。现正式提交下述文件 1 份：

- 1、初次报价一览表。
- 2、初次报价明细表。
- 3、供货范围清单。
- 4、技术响应表。
- 5、商务响应表。
- 6、证明文件。
- 7、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在竞争性谈判活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。

6、我方理解并遵守采购文件的全部规定，接受采购文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果发生供应商须知第 26.2.1、26.2.2 项所述情况，同意我方被认定为未实质性响应采购文件。

8、如果发生供应商须知第 26.3、33.2 项所述情况，同意谈判小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

9、如果发生供应商须知第 29.2 项所述情况，同意我方被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

10、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

11、如果被确定为成交供应商，我方同意按照采购文件的规定与采购人签订

采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

12、我方最近 3 年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

14、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话：

供应商代表（法定代表人或委托代理人）签字：

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 3：

初次报价一览表（格式）

项目编号：

货币单位：元

序号	货物名称	规格	数量	报价	交货期	备注
报价总计（大写）：_____小写：						

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按响应文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、谈判费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、及其他一切费用。

4、以上报价应与“初次报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便谈判小组评审。

6、供应商按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 4：

初次报价明细表（格式）

项目编号：

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	货物制造商	单位及数量	单价	金额
							
	运输费、安装调试费						
	其他：						
报价总计(大写)：					¥ _____		

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 5：

供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件 6:

技术响应表（格式）

项目编号:

序号	货物名称	竞争性谈判文件要求	响应性文件响应	偏离情况
1				
2				
...				

注：供应商必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 7

商务响应表（格式）

项目编号：_____

项目	采购文件要求	响应情况	供应商的承诺或说明
质保期			
合同履行期限			
交货地点			
合同签订时间			
付款方式			
备品备件及耗材等要求			
售后服务保障 或维修响应时间要求			

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 8

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 9

法定代表人授权书（格式）

致：_____（采购代理机构名称）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件提交、参加谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：

法定代表人签名：

职务：

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 10

证明文件

应提供“供应商须知 4. 供应商应提交的证明文件”。

中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（只需符合条件的供应商提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、_____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、_____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（全称并加盖公章）
年 月 日

政府采购履约担保函（如需要）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与 _____（以下简称供应商）于____年____月____日签定编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的____%，数额为____元（大写____），币种为____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

泌阳县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在谈判文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效谈判处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

服务方案（格式自拟）

服务方案内容突出项目特色、完整具体、科学合理、具有针对性、符合本次采购需求。

其他需要提供的证明材料

附件 11:

**供应商自觉抵制政府采购领域
商业贿赂行为承诺书**

致：_____（采购代理机构名称）：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性谈判活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与竞争性谈判活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和谈判小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与竞争性谈判活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与竞争性谈判活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和谈判小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 12

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。